


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "19" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "03.02.2017" 2016г.

АКТ № 2828.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 2 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 2.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Хозяюшка" (S=904 м²). ИП Беденец (S=616 м²)

ООО "Вымпелком" (S=529,5 м²). Калинин (Гараж) (S=40 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3284	980 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 150 Т1	201013644	71646 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
МФ Ø 150 Т2	201013579	70007 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	15263	98 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15263	85 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181760	6,5 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181778	6,3 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201006412	7865 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201006741	6984 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15117	95 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15117	82 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		804 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 