

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaoo-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 06 октября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2379

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 23 (под. 1-6).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская 23.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :

подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1969	1023 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201017923	57777 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017647	53559 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н t1	34694	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34694	53 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181414	7,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181420	6,7 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
ГВС		518 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201017612	6486 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	250	64 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		12824 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 20.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____