

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" августа 2019 г.

АКТ № 1380.
 периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воде у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 7 (под. 1-3).

по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 7.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 1

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 1970 | 186 Гкал | на приборе 1 шт. | 24.12.2018 | 24.12.2022 |
| МФ Ø 50 Т1 | 201020278 | 11510 т | на приборе 1 шт. | 24.08.2016 | 24.08.2020 |
| МФ Ø 50 Т2 | 201021244 | 10241 т | на приборе 1 шт. | 12.09.2016 | 12.09.2020 |
| КТСП-Н t1 | 15314 | 64 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КТСП-Н t2 | 15314 | 47 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| СДВ-И Р1 | A566261 | 6,1 кгс/см ² | | 15.12.2018 | 15.12.2022 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 192704 | 5,9 кгс/см ² | | 05.09.2016 | 05.09.2021 |
| МФ Ø 25 гвс Т3 | 201021103 | 2049 т | на приборе 1 шт. | 10.09.2016 | 10.09.2020 |
| КТСП-Н гвс t3 | 1637 | 63 °С | на приборе 1 шт. | 24.03.2016 | 24.03.2020 |
| часы работы | | 2310 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 24.02.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер участка приборов учета энергии Л.А. Демидова
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись